

توضیحات	بهترین توان اندازه گیری (آزمایشگاه ±)	گستره	کمیت، دستگاه اندازه گیری، سنجه مادی
	0.03 %	1 mV تا 1000 V	ولتاژ DC
	0.03 %	10 A تا 10 μA	شدت جریان DC
	0.07 %	1 mV تا 1000 V 45 Hz تا 450 Hz	ولتاژ AC
	0.07 %	10 A تا 100 μA 45 Hz تا 450 Hz	شدت جریان AC
	0.5 %	500 A تا 45 Hz تا 450 Hz	آمپر متر چنگکی
	0.5 %R	15 mΩ تا 75 μΩ	مقاومت الکتریکی
	0.05 %R	4000 Ω تا 1 Ω	
	1.0 %R	10 MΩ تا 4000 Ω	
	0.04 %R	10 Hz تا 0.1 kz	فرکانس
	0.5 db	94 db & 114 db	سطح صدا
	0.01 %	100000 rpm تا 12000 rpm تا	دورسنجی (نوری) (مکانیکی)

Calibration Laboratory

آدرس: تبریز، انتهای خیابان رسالت (نرسیده به دیزل آباد)، بلوار شهید صمدی، پائین تر از ایستگاه مترو (شهرک شهید باکری)، ۱۰ متری صبا، پلاک ۲۱

تلفن: ۰۴۱-۳۴۴۶۷۱۰۵-۰۶      تلفکس: ۰۴۱-۳۴۴۶۵۸۱۰

Web: [www.rga-calibration.com](http://www.rga-calibration.com)